

NOTE

Destinataires : Aux utilisateurs du laboratoire
Date : 2025-07-10
Objet : Avis d'erreur analytique aléatoire – Dosage du magnésium – 7, 8 et 9 juillet

Madame, Monsieur, Docteur, Docteur

Nous vous informons que des erreurs analytiques aléatoires ont été détectées sur notre analyseur de laboratoire, affectant à la hausse certains dosages de magnésium effectués les 7, 8 et 9 juillet.

Par mesure de prévention, les échantillons provenant des secteurs suivants seront repris :

- Urgence
- Clinique intégrée de cancérologie (CICC)
- Clinique de transplantation
- Cliniques externes
- Projets de recherche
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
- Centres médicaux

Nous vous invitons à vérifier si un rapport amendé a été émis pour vos patients ayant eu un dosage de magnésium durant cette période.

Pour les patients hospitalisés, si un doute subsiste quant à la fiabilité des résultats obtenus, nous vous recommandons de prescrire une reprise du prélèvement.

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information à vos collègues et aux intervenants concernés.

Merci de votre collaboration.



Marie-Claire Bélanger, PhD, CSPQ, FCACB
Biochimiste clinique,
Responsable automation et réception des laboratoires regroupés
Chercheuse professionnelle de la santé
CRCHUM, axe immunopathologie
Chargée enseignement clinique
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM, installation CHUM
Téléphone : 514 890-8000 poste 20870
Courriel : marie-claire.belanger.chum@ssss.gouv.qc.ca.



Marie-Claude Cantin, TM
Chef de service des laboratoires regroupés et des envois
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM, installation CHUM
Téléphone 514-890-8000 poste 20865
Adresse courriel : marie-claude.cantin.chum@ssss.gouv.qc.ca