

## Rappel-NOTE

**Destinataires :** Aux utilisateurs externes du laboratoire de microbiologie du CHUM

**Date :** 6 janvier 2026

**Objet :** **IMPORTANT- Rappel concernant le dépistage pour orthopoxvirus simien (Mpox)**

Madame, Monsieur, Docteure, Docteur,

Voici un rappel suite à des incidents survenus au laboratoire.

Voici les recommandations obligatoires à respecter pour l'acheminement des échantillons de lésion ou de biopsie de lésion suspectées par **l'orthopoxvirus simien (Mpox)**. Étant donné le risque associé à ce virus, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être appliquées pour les manipulations et le transport des échantillons de lésions dans notre installation à l'exclusion des échantillons primaires de sang, selles, sécrétions bronchiques, etc.

**Le sac contenant l'échantillon et le prélèvement des lésions doivent être identifiés par une étiquette « suspicion Orthopoxvirus » pour assurer la sécurité des personnes au laboratoire. Pour diminuer les risques de manipulation au laboratoire, veuillez envoyer un contenant par analyse.**

Acheminer les échantillons suspectés par l'orthopoxvirus simien selon les normes de transports de matière infectieuse de catégorie B UN3373 et ajouter une mention obligatoire de **TU0886** sur le colis destiné au laboratoire.

Merci de votre entière collaboration



**Joanie Bienvenu**  
**Cheffe de service**  
**Microbiologie et Banque de sang CHUM**  
[joanie.bienvenu.chum@ssss.gouv.qc.ca](mailto:joanie.bienvenu.chum@ssss.gouv.qc.ca)



**Dr Phillippe Morency-Potvin**  
**Chef du service de Microbiologie du CHUM**  
**Médecin microbiologiste-infectiologue**  
[philippe.morency-potvin.med@ssss.gouv.qc.ca](mailto:philippe.morency-potvin.med@ssss.gouv.qc.ca)